


Codice	Forza magnetica	Stelo di fissaggio applicabile	Nota
6231-60	60kgf	Ø8mm	senza regolazione fine né scanalatura a coda di rondine



1-Vite di bloccaggio del dispositivo di fissaggio
2-Dispositivo di fissaggio
3-Polo della morsa
4-Interruttore magnetico

5-Polo principale
6-Chiave di bloccaggio
7-Base magnetica



asta di fissaggio Ø8 mm in sistema metrico

---Assicurarsi che la base magnetica sia a contatto con la macchina utensile, quindi attivare l'interruttore magnetico per verificare che il supporto magnetico aderisca saldamente alla macchina utensile.

Attenzione: assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite; in caso contrario, il supporto magnetico potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati della misurazione.

---Allentare la vite di bloccaggio, bloccarla dopo aver installato l'indicatore. Allentare la chiave di bloccaggio per regolare nella posizione corretta. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

---Dopo la misurazione, disattivare l'interruttore magnetico; il supporto magnetico può essere rimosso dalla macchina utensile.

3. Per ottenere misurazioni accurate, evitare di utilizzare il supporto magnetico in ambienti soggetti a vibrazioni.

1. Questo supporto magnetico è destinato a comparatori digitali/a quadrante e comparatori di prova a quadrante.

2. Utilizzo:

---Fissare il comparatore nei modi indicati di seguito.