



www.insize.com



7305-G3350
CABLE DE SALIDA DE DATOS
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Introducción

- Cable de salida de datos **7305-G3350**
Cable negro, longitud: 3m
Señal del puerto serie
Tipo de interfaz: Micro-USB




7305-G3350

Protocolo de comunicación

- Baudios: 9600bps
Bit de datos: 8
Bit de parada 1
Bit de control: Ninguno
Sin control de flujo

Formato de salida de datos

1. Hex



2. ASCII

Ejemplo de formato de datos

Mostrar	Salida
1.234	➡ +1.234
-1.234	➡ -1.234

Conectar Operación

Una vez conectado el cable de salida de datos al micrómetro digital serie 3350, conéctelo al ordenador



Instrucciones de uso

Instalación del accionamiento:

- 1 Dirección de descarga del controlador:
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 Descomprima el paquete, haga doble clic en el programa de instalación e Instale

Conmutación del modo de transmisión:

- 1 Abra cualquier software de envío-recepción de puerto serie (como el asistente de puerto serie), seleccione el protocolo de comunicación correcto (9600 8 N 1) y abra el puerto serie.
- 2 Instrucción de transmisión única: RD
Borrar instrucción: 99 (caracteres hexadecimales)
- 3 También puede pulsar el botón DATA del indicador digital para transmitir datos