



www.insize.com



7305-G3350
CAVO DI USCITA DATI
MANUALE OPERATIVO



Introduzione

- Cavo di uscita dati **7305-G3350**
Cavo nero, lunghezza: 3 m
Segnale della porta seriale
Tipo di interfaccia: Micro-USB




7305-G3350

Protocollo di comunicazione

- Baud: 9600bps
Bit di dati: 8
Bit di stop: 1
Check bit: Nessuno
Nessun controllo di flusso

- Formato di uscita dei dati

1. Hex



2. ASCII

Esempio di formato dei dati

Display	Uscita
1,234	➡ +1,234
-1,234	➡ -1,234

Collegare il funzionamento

Dopo aver collegato il cavo di uscita dati al micrometro digitale serie 3350, collegarlo al computer



Istruzioni per l'uso

Installazione dell'unità:

- 1 Indirizzo per il download del driver:
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 Decomprimere il pacchetto, fare doppio clic sul programma di installazione e Installare.

Commutazione della modalità di trasmissione:

- 1 Aprire un qualsiasi software di invio-ricezione della porta seriale (come l'assistente della porta seriale), selezionare il protocollo di comunicazione corretto (9600 8 N 1) e aprire la porta seriale.
- 2 Istruzione di trasmissione singola: RD
Istruzione di cancellazione: 99 (caratteri esadecimali)
- 3 Si può anche premere il pulsante DATA dell'indicatore digitale per trasmettere i dati