



www.insize.com



7305-IST
CÂBLE DE SORTIE DES DONNÉES
MANUEL D'UTILISATION



Introduction

- Câble de sortie de données **7305-IST**
Câble noir, longueur: 2,5m
Signal du port série
Type d'interface: écouteur




7305-IST

Protocole de communication

- Baud: 9600bps
Bit de données: 8
Bit d'arrêt: 1
Bit de contrôle: Aucun
Pas de contrôle de flux

- Format de sortie des données

1. Hex



2. ASCII

Exemple de format de données

Affichage	Sortie
1,24	000001,24

Produit adapté

Elle peut être connectée à la clé dynamométrique à affichage numérique et à transmission par fil de la série **IST-17W** de notre société.



Bouton de sortie des données

Mode d'emploi

Installation de l'entraînement:

- 1 Adresse de téléchargement du pilote:
www.insize.com/download/CP210x_Windows_Drivers.zip
- 2 Décompressez le paquet, double-cliquez sur le programme d'installation et installez le logiciel.

Mode de transmission:

- 1 Ouvrez un logiciel d'envoi et de réception de port série (tel que l'assistant de port série), sélectionnez les paramètres de communication corrects (9600 N 8 1) et ouvrez le port série.
- 2 La clé dynamométrique est en mode pic (P) et la valeur du couple se situe dans la plage de sortie du réglage de la tolérance se situe dans la plage de sortie du réglage de la tolérance, appuyez sur la touche M pour collecter les données (la touche de collecte du câble de sortie des données ne peut pas être transmise).